

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Cliente	:	MARIEL SRL
Prodotto	:	AZOTO RICERCHE CROMATOGRAFIA
Rif. Ordine	:	

Bombole :

Stabilità : 36 mesi

	<i>Capitolato di qualità</i>				<i>Metodo analitico</i>	<i>Livello analitico minimo</i>
<i>Titolo</i>	>	99,999	%	v/v	-	-
Ossigeno	<=	5	ppm	v/v	Cella elettrochim.	100 ppb
Acqua	<=	5	ppm	v/v	Cella elettrochim.	100 ppb
Idrocarburi	<=	0,5	ppm	v/v	GC - FID	20 ppb
Idrogeno	<=	0,5	ppm	v/v	GC - HID	100 ppb